

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switching Power Supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Zippy Technology Corp.
10F, No. 50, Ming Chyuan Rd.
23120 Shin Tien City, Taipei Hsien, Taiwan

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Zippy Technology Corp.
10F, No. 50, Ming Chyuan Rd.
23120 Shin Tien City, Taipei Hsien, Taiwan

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Zippy Technology Corp.
2F, No. 123, Lane 235, Pao-Chiao Rd.
23120 Shin Tien City, Taipei Hsien, Taiwan

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

1) AC 100-240V; 47-63Hz; 6-3A; Class I;
2) AC 100-240V; 47-63Hz; 7-3A; Class I;
for output ratings refer to test report 11012886 002 page 1

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

EMACS

Model/type Ref.
Ref. de type

1) MV1E-5350V;
2) MP2M-5435V

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les Information complémentaire (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

- change EN standard;
- update the list of critical component parts in table 56.1;
- see also test report ref. nos. 11012886 001 and 002

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION **EDITION**
IEC 60601-1:1988+A1+A2
for national deviations see test report

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue une partie de ce Certificat

11012886 003

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg, Germany
Phone + 49 221 806-1371
Fax + 49 221 806-3935
Mail: cert-validity@de.tuv.com
Web: www.tuv.com



Date: 02.04.2010

Signature:

Dipl.-Ing. B. Stoeckel